

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO

Servico Autônomo de Água e Esgoto de Tocantins - SAAE
Servico Autônomo de Água e Esgoto de Tocantins - SAAE
Registro de Preços Eletrônico - 008/2024

Fornecedor	CPF/CNPJ	Data	Assunto	Situação	Arquivo
Hexis Científica LTDA	53.276.010/0001-10	11/07/2024 - 17:42:50	Solicitação de esclarecimento	12/07/2024 - 10:48:34	Esclarecimento 2.pdf

Questionamento: Boa tarde,

Segue solicitação de esclarecimento anexo.

Atenciosamente,, Arquivo Anexo: Esclarecimento 2.pdf

Resposta: Em referência aos questionamentos dos itens 07 e 16, serão aceitos.

IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA	00.377.455/0001-20	11/07/2024 - 16:45:47	PEDIDO DE ESCLARECIMENTO	12/07/2024 - 10:49:21	
--------------------------------	--------------------	-----------------------	--------------------------	-----------------------	--

Questionamento: Prezados, boa tarde!

Por gentileza, podem esclarecer referente ao item 10 – se será aceito proposta com o descritivo abaixo:

WV120SBST-200 - FRASCO DE TAMPAS ROSCA, DESCARTAVEL, ESTERIL, COM LACRE DE VEDAÇÃO PARA GARANTIR A ESTERILIDADE, FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA ISO 11137-02.
COMPOSIÇÃO: POLIESTIRENO TRANSPARENTE QUE GARANTE A AUSÊNCIA DE FLUORESCÊNCIA SOB LÂMPADA UV E POSSUI REAGENTE DE TIOSSULFATO DE SÓDIO PULVERIZADO PARA NEUTRALIZAR UMA AMOSTRA DE 100ML COM ATÉ 15MG/L DE CLORO. CAPACIDADE 120ML COM MARCAÇÃO DE 100ML
POSSUI MARCAÇÃO DO LOTE NO FRASCO PARA GARANTIR A RASTREABILIDADE.
EMBALAGEM: CAIXA COM 200 UNIDADES

Resposta: Será aceito.

Hexis Científica LTDA	53.276.010/0001-10	11/07/2024 - 13:12:28	Solicitação de esclarecimento	12/07/2024 - 10:40:40	ESCLARECIMENTO.pdf
-----------------------	--------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------	------------------------------------

Questionamento: Boa tarde prezados, Segue anexo esclarecimentos., Arquivo Anexo: ESCLARECIMENTO.pdf

Resposta: Será o máximo de 60 dias.

RC SCIENTIFIC COMERCIO DE INSTRUMENTOS ANALITICOS LTDA	27.263.741/0001-11	09/07/2024 - 16:05:15	SOLICITAÇÃO DE ESCLARECIMENTO	10/07/2024 - 13:30:41	Solicitação de esclarecimento.pdf
--	--------------------	-----------------------	-------------------------------	-----------------------	---

Questionamento: Boa tarde. Segue solicitação de esclarecimento., Arquivo Anexo: Solicitação de esclarecimento.pdf

Resposta: 1. Se o fornecedor garante que o aparelho contém proteção IP-67 inclusive para o porta cubetas evitando o escape de líquidos para dentro do gabinete será aceito que o equipamento acompanhe cubetas de vidro sem batoque.

2. A justificativa se fez pertinente sendo aceito a substituição do frasco de 50 mL pelos padrões de soluções nas concentrações de 0,10,100 e 500 Uc.

3. Por entender que a simples troca da fonte de alimentação do equipamento não comprometerá o bom funcionamento do equipamento ou segurança das atividades a serem realizadas será aceito a alimentação por 4 pilhas AA em substituição à bateria 9V.

4. Por entender que a simples troca da fonte de alimentação do equipamento não comprometerá o bom funcionamento do equipamento ou segurança das atividades a serem realizadas será aceito a alimentação por 4 pilhas AA em substituição à bateria 9V.

5. Será aceito que o equipamento possua faixa de 0 a 2 mg/L pois atenderá as análises que serão realizadas.

6. Por entender que a simples troca da fonte de alimentação do equipamento não comprometerá o bom funcionamento do equipamento ou segurança das atividades a serem realizadas será aceito a alimentação por 4 pilhas AA em substituição à bateria 9V.

7. Deferido o prazo de validade de 06 meses.

